

|                                                                                   |                                                                                                  |                   |         |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REQUISITOS PARA HABILITACION DE EQUIPOS QUE USAN RADIACIONES IONIZANTES - USO VETERINARIO</b> |                   |         |              |  |
|                                                                                   | Dirección General de Fiscalización Sanitaria - SIPROSA                                           |                   |         |              |                                                                                     |
|                                                                                   | FORMULARIO                                                                                       | Código: FE-01-DRS | Rev. 19 | Vig.: Oct 25 |                                                                                     |

Página 1 de 1

## RADIODIAGNÓSTICO VETERINARIO

- 1) Nota inicio de expediente FE-23-DRS.
  - 2) Formulario FE-02-DRS (*Institucional*) firmado por el responsable de la institución.
  - 3) Formulario (uno por equipo) firmado por el responsable de uso. FE-22-DRS (*Veterinaria*).
  - 4) Pago de arancel por equipo. (ver tabla).
- Médicos Veterinarios- Responsables del Uso**
- 5) Título profesional.
  - 6) Constancia de matrícula.
  - 7) Copia de "Autorización Individual para el Uso de Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes" (Ley N° 17.557, Dto. 6320/68, Art. 17).
- Técnicos Radiólogos, Licenciados en Bioimágenes**
- 8) Constancia de matrícula.
- Plano**
- 9) Copia del plano del servicio a habilitar, planta y corte (en el caso de más de una planta), escala 1:50, con indicación de accesos, cotas generales, espesor y material de muros, detalle de la ubicación del/los equipos con especial indicación del uso a que se destinarán a los ambientes contiguos y de las barreras de protección usadas según cada caso.
  - 10) **Cálculo de Blindaje firmado por profesional competente. (Cuando corresponda).**
  - 11) **Dosimetría Personal**
    - a. **Habilitación:** Copia del Contrato con la Empresa prestadora de Dosimetría en donde conste la nómina de usuarios.
    - b. **Rehabilitación:** Tres últimos informes de dosis.

## Verificación en Inspección

1. Blindajes de muros, puertas y comando (mediciones de radiación).
2. Delantal plomado en buen estado
3. Almacenamiento de delantal plomado (perchero adecuado).
4. Señalética de Radioprotección en Acceso a sala. (Símbolo de radiación trébol y advertencia para embarazadas)
5. Dosímetros
  - a. Los dosímetros en uso se deben corresponder al mes en curso
  - b. Los dosímetros de las personas que no estén presentes, deben estar ubicados en un lugar destinado para ese fin.
  - c. Cartilla individual de dosimetría personal actualizada